



Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 161

PRESA D'ATTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO ASPIRAZIONE ED EROGAZIONE OSSIGENO
E GAS MEDICALI RSA MAINARDI E CLINICA RIABILITATIVA
DITTA PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA

Cremona, 28 LUG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con determina 2650 del 03-08-2016 è stato affidato alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. l'incarico a svolgere l'attività di manutenzione ordinaria sugli impianti e sulle apparecchiature di Cremona Solidale;

Preso atto che nel corso della manutenzione ordinaria programmata prevista nel mese di Aprile 2021, la ditta SOL Spa, subappaltatrice della ditta Paolo Beltrami Costruzioni Spa per l'esecuzione della manutenzione degli impianti gas medicali e vuoto RSA Mainardi e Clinica Riabilitativa, rilevava con apposito rapportino tecnico, la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto per consentirne il corretto funzionamento, attraverso la sostituzione di:

- nr. 16 Frutti UNI
- nr. 3 kit manutenzione completi per pompe vuoto 40-60-PBO-M
- nr. 3 giunti per pompe vuoto 40-60- PBO-M
- nr. 2 taniche fluido F-100
- nr. 1 cartuccia filtro CMV100
- nr. 2 cartucce battericide MV 610
- nr. 3 guarnizioni POS42
- nr. 1 kit ricambio riduttore II° stadio aria med.

Considerato che:

- la ditta Paolo Beltrami Costruzioni Spa, avuto precedentemente il benestare del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, contestualmente al termine del giro di manutenzione ordinaria programmata, procedeva secondo normativa con la sostituzione del materiale ammalorato, anche in considerazione della situazione pandemica in atto nei primi mesi del 2021 (terza ondata pandemia COVID);
- in data 18/05/2022 la stessa ditta comunicava a mezzo PEC – accolta agli atti al prot. nr. 2438 del 19/05/2022 - che a seguito di disguidi burocratici interni non aveva provveduto alla fatturazione degli interventi sopra citati e quantificati in € 9.285,81.=, IVA esclusa;

Verificato che la sostituzione dei componenti sopra descritti è stata effettivamente eseguita ed accertata mediante apposizione di timbro e firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in calce ai rapportini di intervento emessi dal tecnico della ditta SOL Spa in quanto tali interventi sono stati ritenuti necessità inderogabile per il corretto e pieno funzionamento dell'impianto di aspirazione ed erogazione dei gas medicali;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'avvenuta esecuzione da parte della ditta SOL Spa dei lavori in subappalto relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto di erogazione ed

aspirazione ossigeno e gas medicali della RSA Mainardi e della Clinica Riabilitativa, così come da documentazione ricevuta dalla ditta Paolo Beltrami Costruzioni Spa ed acquisita agli atti con PEC di cui in premessa, al costo complessivo di € 9.285,81.=, IVA esclusa;

2. di autorizzare la ditta Paolo Beltrami Costruzioni Spa alla emissione della relativa fattura.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Bruschi